

Legenda dei simboli



Simboli	Significato	Simboli	Significato
	Codice		Circonferenza collo
	Lotto		Non aprire l'imballaggio con un coltello
	Scadenza		Marcatura CE. Prodotto conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici
	Non riutilizzare		Limitazione dell'umidità
	Quantità		Non risterilizzare
	Vedere le istruzioni per l'uso allegate al dispositivo		Attenzione, consultare i documenti allegati al dispositivo
	Fabbricante		Serial Number
	Non usare la confezione se è danneggiata		Tenere al riparo dalla pioggia
	Non-sterile		Tenere al riparo dai raggi solari
	Limitazioni della temperatura		Marcatura CE che include il numero identificativo Cermet (Organismo Notificato). Prodotto conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici
	Data di produzione		Fragile

Simboli • Issue 1 02.15

Legenda dei simboli



Simboli	Significato	Simboli	Significato
	Il prodotto non contiene lattice		Il prodotto non contiene PVC
	Irritante - può causare infiammazioni alla pelle o ad altre mucose		Compatibile MRI. Il prodotto non interferisce con il magnete di uno scanner MRI
	Limitazioni della temperatura massima		Alto
	Sterilizzabile con Ossido di Etilene		Riciclabile
	Marcatura CE che include il numero identificativo SGS (Organismo Notificato). Prodotto conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici		

Simboli • Issue 1 02.15



Intersurgical S.p.A. Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO) - Italy
 T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it

UK • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Netherlands
 Sweden • Lithuania • Russia • Czech Republic • South Africa
 China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Australia



Intersurgical Ltd è certificata ISO 14001, ISO 9001 e ISO 13485

Stampa responsabile
 Risparmia energia e carta.
 Se devi stampare questo documento, ricordati di farlo fronte e retro.